Database Query Window Help

302104047721 4G

Optical Inspection Report : photo: no , Accept. Val :+1:-1:
Bad Strips Total : 6
Position Bad Strips : 56 59 92 101 286 336
Global Acceptance Value :-1:

IV DATA



2001 05 14 17:09:58.0
Center : Perugia
V Break(V): 552
I_tot_150V (NA): 1190
Accept. Val. :0:

ISTRIP DATA



2001 05 14 17:09:58.0
Center : Perugia
Mean Val.(NA): 2.01
Bad Num : 0
Accept. Val. :0:

1/CP^2 DATA



2001 05 14 17:09:58.0
Center : Perugia
DEPL.(V): 192.95
Accept. Val. :0:

CAC 100HZ DATA



2001 05 14 17:09:58.0
Center : Perugia
Mean Val.(PF)572.19
Bad Num : 3
Accept. Val. :0:

RPOLY DATA



2001-05-14 17:09:58.0
Center : Perugia
Mean Val.(MOHM): 1.5
Bad Num : 1
Accept. Val. :0:

IDIEL DATA



2001-05-14 17:09:58.0
Center : Perugia
Mean Val.(NA): 0.01
Bad Num : 5
Accept. Val. :0: